

Số: 15 /TB-PK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá máy siêu âm năm 2025

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp.

Hiện tại Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở xây dựng giá dự toán máy siêu âm năm 2025.

Kính mời Quý công ty, đơn vị quan tâm cũng như khả năng đáp ứng những yêu cầu đặt ra, gửi hồ sơ trực tiếp về Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hoá gia đình.

- Nội dung báo giá:

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy siêu âm doppler màu	I. YÊU CẦU CHUNG: Tiêu chuẩn: ISO 13485:2003, CE Tình trạng: Mới 100% Năm sản xuất: 2025 trở về sau Cấu hình máy bao gồm: - Máy siêu âm màu dạng xách tay: 01 cái - Đầu dò Bụng Convex: 01 cái - Đầu dò Phụ khoa Microconvex: 01 cái - Máy in nhiệt trắng đen: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh/Việt: 01 bộ II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 1. Yêu cầu về mục đích sử dụng: Ứng dụng: dùng cho thăm khám Bụng, Sản, Phụ khoa. 2. Yêu cầu về cấu tạo, điều khiển, hiển thị: Máy chính được thiết kế dạng xách tay, gọn nhẹ, linh động. Có tay xách thuận tiện khi di chuyển máy.	Cái	01



		Màn hình: - Màn hình LCD kích thước: ≥ 15.6 inches. - Độ phân giải: $\geq 1920 \times 1080$ pixels. - Bàn phím: có đủ cả chữ và số, có tấm dán bảo vệ. - Số kênh xử lý số hóa $\geq 223\ 900$. - Độ sâu ảnh hiển thị: $\geq$ khoảng 0 – 33 cm. - Thang xám hiển thị: ≥ 256 mức. - Tỷ lệ khung hình trên giây (frame rate per second): ≥ 1750 hình/giây. - Dải động lên đến: ≥ 265dB. - Dải tần số: $\leq 2 - \geq 18$ MHz. - Bộ nhớ CINE: ≥ 380 MB. 3. Yêu cầu về ứng dụng, phần mềm: Hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh. Tối ưu hóa hình ảnh liên tục về độ sáng, độ tương phản và tính đồng nhất của hình ảnh B mode khi quét các mô khác nhau. Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia đa hướng ≥ 9 chùm tia. Kỹ thuật loại bỏ đốm sáng trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao. Hình ảnh hòa âm mô đảo pha mã hóa. Phương pháp mở rộng góc quét ảo. Kỹ thuật phân tích dữ liệu thô. Tự động tính toán phổ Doppler thời gian thực. Khả năng kết nối DICOM 3.0. Phần mềm mở rộng chiều dài vùng quét ≥ 60 cm. Phần mềm hướng dẫn thực hành siêu âm. Phần mềm công cụ theo dõi dữ liệu thăm khám.		
--	--	--	--	--

Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt vận hành, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị và các loại phí, thuế khác theo quy định hiện hành.

- **Thời gian nhận báo giá:** Từ ngày phát hành Thông báo chào giá đến trước 17 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2025;

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- **Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2025.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ về Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình (Địa chỉ: 823 Hồng Bàng, phường Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) - Số điện thoại: (028) 3960 6320./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục Dân số;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Thị Ngộ

LÃNH ĐẠO CHI CỤC DUYỆT



Phạm Chánh Trung

